

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ / ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ**

1. Δυνατότητα χορήγησης υπό πίεση (σύμβολο «P» επί της συσκευασίας)
2. αιχμηρό διατρητικό ρύγχος με κάλυμμα
3. αεραγωγό πώμα
4. σταγονομετρικό θάλαμο με φίλτρο PES 8μm μη εισροής αέρα και κατακράτησης σωματιδίων
5. αξιόπιστο ρυθμιστή ροής
6. μήκους 180 cm
7. πιεζόμενο κλείστρο άμεσης διακοπής της ροής
8. πλάγια διακλάδωση τύπου "Y" για επείγουσες χορηγήσεις
9. σύνδεσμο ασφαλείας luer lock
10. πώμα με αεραγωγό φίλτρο για εξαέρωση της συσκευής χωρίς τον κίνδυνο επιμολύνσεων
11. ελεύθερη λάτεξ (Latexfree)
12. ελεύθερη φθαλικών αλάτων (DEHPFree)
13. οδηγίες χρήσης και στην Ελληνική γλώσσα
14. Συμβατή και βαθμονομημένη με τις αντλίες Mindray ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου.