

ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΑΠΟΣΤΕΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
18 G, μήκος 32/33 mm, διάμετρος 1,3 mm

- Η συσκευασία να αποτελείται από χαρτί που δεν σκίζεται και πλαστική μεμβράνη, για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης.
- Σε κάθε τεμάχιο να αναγράφονται ευκρινώς το είδος, η διάμετρος, το μήκος και η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης
- Ο καθετήρας να φέρει πιστοποίηση Ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE - MARK).
- Το προϊόν να είναι latex – free & DEHP-free, να μην περιέχει ζωικούς ή βιολογικούς παράγοντες, να είναι ελεύθερο πυρετογόνων και MRI συμβατό.
- Ο καθετήρας να φέρει αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο για διαφυγή του αέρα, διαυγή θάλαμο για άμεση παρατήρηση της επιστροφής του αίματος και διπλοκωνικό άκρο για ανώδυνη και χωρίς παραμορφώσεις εισαγωγή.
- Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα, διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή, να μην διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του σώματος και να μην δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα.
- Ο οδηγός - στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα, ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του, καθώς επίσης να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (μείωση κόστους - αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση αγγείων).
- Βελόνα με λοξοτόμηση τύπου back-cut για εύκολη πρόσβαση στη φλέβα. Η βελόνη να "κουμπώνει" στο μπέκ του φλεβοκαθετήρα και να μη περιστρέφεται ακούσια.
- Να εξασφαλίζει την δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση.
- Ο καθετήρας μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή.
- Το πίσω άκρο του καθετήρα να διαθέτει υποδοχή για σύνδεση Luer- lock ώστε να παρέχει ασφάλεια κατά τη σύνδεση με τη συσκευή χορήγησης.
- Το καπάκι (πώμα) της βαλβίδας να έχει εγκοπή luer-lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων.
- Ο καθετήρας να έχει δακτυλολαβή για την εύκολη προώθησή του και χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την εύκολη αναγνώριση του διαμετρήματος του.
- Να φέρει πτερύγια αναδιπλούμενα, που να φέρουν τον καθετήρα σε θέση φλεβοκέντησης. Επίσης η επιφάνειά τους που θα ακουμπήσει για να στερεωθεί στο δέρμα να είναι λεία για αποφυγή κατακλίσεων από συνεχή πίεση της στερέωσης.
- Επιθυμητή ημερομηνία λήξης από την παραλαβή 4-5 έτη
- Υποχρεωτική αποστολή δείγματος