

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ

CPV : 90721600-3

Ο Εξοπλισμός του Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου για τον οποίο ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του για ένα έτος είναι ο ακόλουθος:

1. Σύστημα Αξονικού Τομογράφου 80 Τομών τύπου Uct 528 του κατασκευαστικού οίκου Shanghai United Imaging Healthcare Co, Ltd.
2. Ακτινοσκοπικό μηχάνημα του οίκου MERATE, GMM (General Medical Merate) τύπος OPERA T30CS
3. Μαστογράφος του οίκου IMS GIOTTO, τύπος MCS-50 Mo .
4. Τροχήλατο ακτινοσκοπικό μηχάνημα του οίκου MERATE, τύπος MTH-F
5. (3) τροχήλατα ακτινογραφικά μηχανήματα του οίκου SMAM, τύπος MOBILDRIVE AR-12
6. Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα του οίκου GMM (General Medical Merate) ΤΥΠΟΣ ACCORD Οστεοπυκνόμετρο του οίκου GE, τύπος Prodigy
7. Φορητό ακτινοσκοπικό σύστημα C-ARM του οίκου Ziehm , τύπος VISION FD
8. Ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότημα Calypso του κατασκευαστικού οίκου General Medical Merate.
9. Φορητό Ακτινολογικό μηχάνημα τύπου Jolly 30 Plus του κατασκευαστικού οίκου Biomedical International SRL

- | | | |
|-----|-----|---------------------|
| 10. | Δύο | ψηφιοποιητές AGFA |
| 11. | Δύο | Εκτυπωτές Φιλμ AGFA |
| 12. | Δύο | Διαφανοσκόπια. |

Οι έλεγχοι ποιότητας και ασφαλούς λειτουργίας να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και απαιτήσεις της ΕΕΑΕ. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι της ΕΕΑΕ και μόνον αυτής για την εφαρμογή των απαιτούμενων και προβλεπόμενων από τους κανονισμούς και εγκυκλίου της ελέγχων και διαδικασιών.

Οι περιοδικοί έλεγχοι ασφαλούς λειτουργίας και ακτινοπροστασίας όλων των ακτινοδιαγνωστικών μηχανημάτων του Νοσοκομείου θα γίνονται σύμφωνα με τους «ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΙΟΝΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», βάσει των οποίων χορηγήθηκαν τα πιστοποιητικά καταχώρισης και αδειοδότησης από την Ε.Ε.Α.Ε. και θα υποβάλλονται σχετικές εκθέσεις. Στο εργαστήριο θα πραγματοποιείται μία επίσκεψη ανά τρίμηνο κατά μέσο όρο.

Οι έκτακτοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται όταν ζητηθεί από το Νοσοκομείο, σε περίπτωση βλάβης και όποτε κριθεί απαραίτητο με την σύμφωνη γνώμη του αναδόχου. Θα συντάσσεται δε έκθεση ελέγχου και παρατηρήσεων .

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει ότι η εργασία με ιοντίζουσες ακτινοβολίες εκτελείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις καθορισμένων διαδικασιών ή τοπικών κανόνων

- α) τηρεί κατάλληλα αρχεία για όλες τις πηγές ακτινοβολίας,
- β) εποπτεύει την εφαρμογή του προγράμματος ατομικής παρακολούθησης,
- γ) ενημερώνει τους νέους εργαζομένους καταλλήλως για τους τοπικούς κανόνες και τις διαδικασίες,
- δ) παρέχει πληροφορίες και κατάρτιση στους εκτιθέμενους εργαζομένους,

Ο Ανάδοχος - Ακτινοφυσικός ως εμπειρογνώμονας ακτινοπροστασίας παρέχει κατάλληλες συμβουλές στο Νοσοκομείο σχετικά με τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όσον αφορά την επαγγελματική έκθεση και την έκθεση του κοινού .